

**АКТ  
ОБ ОКОНЧАНИИ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ СИРК-М**

Город Самара

«30» 07 2018 г.

Настоящий акт составлен на предмет окончания опытно-промышленных испытаний СИРК-М согласно документу «Программа испытаний новой техники. Системы измерительной расхода и количества жидкостей и газов модернизированной на базе устройства расширения трубопровода диффузорно-конфузорного (СИРК-М)», производства ООО «Глоб Мера».

По состоянию на 30.07.2018 г. осуществлен монтаж и пуск СИРК-М на УПСВ «Парфеновская» АО «Самаранефтегаз». За время опытно-промышленных испытаний отказы СИРК-М не выявлены. Функциональные характеристики СИРК-М обеспечивают в полном объеме выполнение измерения расхода и количества жидкости с установленной точностью. Использование СИРК-М в рабочих условиях эксплуатации подтвердило требуемые показатели стабильности, надежности и эффективности работы. В результате опытно-промышленных испытаний конструктивные недостатки СИРК-М не выявлены. Конструкция СИРК-М обеспечивает предотвращение несанкционированной настройки и вмешательства, которые могут привести к искажению результатов измерений. Ограничение доступа к программному обеспечению СИРК-М осуществляется с помощью паролей доступа. Применяемые конструктивные решения СИРК-М показали надежность эксплуатации при различных режимах и параметрах измеряемой среды (жидкости).

Комиссия в составе представителей:

Производителя СИРК-М ООО «Глоб Мера»;  
Генеральный директор Дуров В.П.,

АО «Самаранефтегаз»:  
Заместитель начальника ЦПНГ №5 Попов Н.П.

установила:

1. Опытно-промышленные испытания СИРК-М признать положительными.

Заместитель начальника ЦПНГ №5  
АО «Самаранефтегаз»

Генеральный директор  
ООО «Глоб Мера»

